

Eurofins KVI-PLUSZ Kft.
Jakab Tamás
ügyvezető
Budapest
Szállító u 6.
1211

Iktatószám: AI-00161-2/2021
Ügyiratszám: NAH-1-1377/2019/SZ2
Ügyintéző: Fülöp Julianna

Tárgy: Akkreditált státusz területének szűkítése, címváltozás

HATÁROZAT

Az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. (1211 Budapest, Szállító u 6.) 2021. január 13. napon érkezett, az akkreditált státusz területének szűkítésére vonatkozó kérelmére a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (1119 Budapest, Tétényi út 82., adószám: 15833820-2-43, a továbbiakban: NAH) a 2015. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Natv.) 14. § (1) bekezdése és a 424/2015. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 1. § és 3. § (1) bekezdésben foglalt jogállása alapján az Eurofins KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. Vizsgálólaboratórium (Budapesti telephely: 1211 Budapest, Szállító u 6.; Bélmegyeri telephely: 5643 Bélmegyer, Petőfi utca 45.; Dabasi telephely: 2370 Dabas, Gödör utca 7.) részére a NAH-1-1377/2019 nyilvántartási számon 2019. október 31-től 2024. október 31-ig az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványnak való megfelelést igazoló

akkreditált státusz területét szűkíti

a következő területekkel:

1. *Dabasi telephely teljes területe,*
2. *Budapesti telephelyen:*

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Környezeti minták (higiénia: felület, levegő, bevonat)	<i>Listeria monocytogenes</i> jelenlét/hiany kimutatása dúsítással	MSZ EN ISO 11290-1:2017

II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Munkahelyi légtér, technológiai légtér	szén-monoxid NDIR abszorpció alsó mérés határ: 1,2 mg/m ³	MSZ EN ISO 10882-2:2001 9.3.1. a) pont
	nitrogén-oxidok kemilumineszcencia módszer alsó mérés határ: 0,2 mg/m ³	MSZ EN ISO 10882-2:2001 9.5.2. a) pont
	szén-dioxid NDIR abszorpció alsó mérés határ: 500 mg/m ³	MSZ EN ISO 10882-2:2001 9.4.2. pont

és a szűkítés eredményeként az akkreditált státuszt a szűkítés miatt módosult címen:

**Eurofins KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft.
Vizsgálólaboratórium**

Budapesti telephely: 1211 Budapest, Szállító u 6.;
Bélmegyeri telephely: 5643 Bélmegyer, Petőfi utca 45.

tartja fenn.

A szűkített részletes akkreditált területet a határozat részét képező Részletező Okirat (5) adja meg.

A NAH a Natv. 12. § (1) bekezdése alapján az akkreditált szervezetek és természetes személyekről vezetett nyilvántartás adatait a fentiek szerint módosítja, a szervezet akkreditált területének szűkítését 2024. október 31. napjáig nyilvántartásba veszi.

INDOKOLÁS

A NAH az akkreditált szervezet 2021. január 13-án érkezett, az akkreditált státusz területének szűkítésére vonatkozó kérelmére a rendelkező részben leírtak szerint szűkíti az akkreditált területet.

A NAH a jogorvoslatról szóló tájékoztatást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján mellőzi.

A NAH döntése a Natv. 8. § (8) bekezdés a) pontjában, a 12. § (1) bekezdésében, a 14. § (1) bekezdésében, a Korm. rend. 1. §-ban és 3. § (1) bekezdésében és az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakon alapul.

Budapest, 2021. január 21.

Bodroghelyi Csaba
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
elnökhelyettes

Erről értesül:

- Akkreditált szervezet
- NAH

Melléklet:

- Részletező Okirat (5) (72 oldal)